



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RT03102203002](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-1-22-0075](#)
- 三、案名：[附醫-肺功能檢查室：支氣管鏡用超音波探頭採購案-1 支](#)
- 四、品名規格：

1. 工作頻率 20MHz
2. 工作長度 2150mm
3. 探頭外徑 1.4-1.9mm
4. 可相容使用於單位現有FUJIFILM 微探頭主機

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本採購案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：[附醫-肺功能檢查室](#)
2. 交貨地點：[附醫-肺功能檢查室](#)
3. 報價截止日：**2022.8.8 下午 5:00 前**。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供**二年以上之保固**承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；

※提供**電子檔報價**資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。



(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw