



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：[RS48002403001](#)

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-3-24-0039](#)

三、案名：[雙和-健康管理中心：彩色超音波儀採購案-1 台](#)

四、品名規格：

一、主機功能：

1. 具備 23 吋(含)以上醫療級高階平板液晶彩色螢幕,可同時裝置 4 個(含)以上超音波影像探頭,並可於操作面板上切換使用。
2. 具備 12 吋含以上智慧型彩色液晶指令觸控面板,非主機觀看影像之螢幕。
3. 具備系統處理探頭中心頻率範圍: 2~18MHZ,探頭工作頻率需顯示在螢幕上。
4. 具備內建 Gel warmer 裝置。
5. 具備可讀寫光碟機 DVD/R 儲存及 USB 儲存功能。
6. 具備 DICOM 3.0 功能, DICOM 標準數位影像輸出。
7. 智慧型影像優化全自動調整條件功能。
8. 二維灰階及彩色杜卜勒掃瞄功能。
9. 具備梯形掃描(Trapezoid scan)功能。
10. 具備組織影像全景延伸掃描功能。
11. 具備實時間組織彈性影像(Real-time Tissue Elastography)功能。
12. 具備實時的 Shear wave 量化之彈性係數,以偵測及量化組織纖維化程度。
13. 具備 Attenuation Imaging 功能,可以偵測及量化脂肪肝程度。
14. 具備 Color Flow Mapping 及 Color Flow Angio 及高感度與高解析度方向性動態血流偵測、超低流速血流偵測等四種模式血流偵測功能。
15. 具備複頻式音波發射接收技術,可同時發射針對淺層部之高頻波及深層部之低頻波。
16. 可支援 Fusion Imaging CT/MR 影像融合導航超音波定位。
17. 可支援可使用 3 個針之 Needle Tracking 3 穿刺針同步導航追蹤超音波定位。
18. 具備病患歷史資料快速選擇功能

二、探頭與周邊：

1. 圓弧形腹部掃描探頭一支,可執行 Shear Wave 功能。
2. 線形(50mm)乳房掃描探頭(頻率範圍 4~14 MHz)一支,可執行 Shear Wave 功能。
3. 黑白影像列印機一台。



特殊要求事項：

- (一) 須可支援檢查報告上傳
- (二) 得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」
- (三) 得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防護機制，以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。
- (四) 得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-健康管理中心
2. 交貨地點：雙和-健康管理中心
3. 報價截止日：2024.4.26 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價
 - (3) 依醫院付款方式
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附廠牌、主設備型號及業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛福部醫療器材許可證
4. 原廠代理/授權書



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓