



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：[RW032022040020](#)

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-22-0047](#)

三、案名：[萬芳-呼吸治療室：病房型呼吸器含 VIP 閘道器採購案-1 台](#)

四、品名規格：

(一)病房型呼吸器

1. 呼吸模式：(S)CMV+，SIMV+，PCV+，P-SIMV+，SPONT， 非侵入式：NIV/NIV-ST
2. Close loop mode 可幫助病人脫離呼吸器：ASV 呼吸模式
3.潮氣量：20-2000ml
4.呼吸頻率：4-80bpm
5.吸氣時間：0.1-12 s
6.吸氣壓力：5-60cmH ₂ O
7.壓力支持：0-60cmH ₂ O
8.吐氣末正壓：0-35cmH ₂ O
9.內建可調式氧氣濃度:21%-100%
10.具 Apnea Backup ventilation 雙向自動切換功能
11.內電池 4 小時
12.具呼吸三種波形 Waveform 選擇
13.Peak flow：260 L/min
14.內建螢幕 8.4 吋彩色觸控式螢幕
15.內建噴藥系統 30 鐘
16.超靜音內建渦輪



17.主機重量 4.9 公斤方便移動彈性使用↵

18.ETS 設定：5-80 %↵

19.Pramp 設定：0-2000 ms↵

20.靈敏度設定：flow trigger, 1-20 L/min↵

21. 監視功能：↵

VTE、VTI、MAP、Ppeak、Paw、PEEP、Insp Flow、Exp Flow、I:E、Rate、TE、TI、FiO₂、RSB、PTP、P0.1、AutoPEEP、Leak 等參數↵

22. 操作介面便利性，具動態肺/vent status 顯示，並可依使用單位需求預備三組預設呼吸 Mode↵

23. 氧氣氣源：中央氣源系統 (具高壓氧和低壓氧輸入源)↵

空氣氣源：內建渦輪↵

24. 警報功能：含高/低壓力、高/低每分鐘通氣量、高/低潮氣容積、高/低呼吸次數、↵
呼吸停止↵

25. 具 EventLog 1000 筆紀錄事件 ↵

(二) VIP 閘道器

26. VIP Gateway 2(VIP2 閘道器)規格書↵

Processor：Freescal i.MX 6 DualLite, ARM Cortex-A9 core ● Display：7-inch LCD 800(RGB) * 480 ● Touch > Capacitive > Support single point and gesture ● System Memory：DDR3L 1G ● Storage Subsystem：eMMC, 4GB ● Power Subsystem > Battery：5000mA > Adapter：12V/2A ● Audio Subsystem：Speaker：1.5W/4ohm ● Communications > Support Wi-Fi 802.11/b/g/n > Support LAN 10/100 Mbps > Support BT4.0 ● Other device > 1 * Light Sensor > 1 * G Sensor > 1 * RFID (Mifare) ● I/O ports > 2 * RS232 > 2 * RJ-45 > 1 * DC-in > 1 * Smart Card slot > 2 * USB ● OS：Android 4.4.2 ↵

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-呼吸治療室

2. 交貨地點：萬芳-呼吸治療室



3. 報價截止日：2022.6.25 下午 5:00 前。

4. 所報價格，另須提供下列：

(1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；

(2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)

廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。

6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)

2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求

3. 衛生署許可證

4. 原廠代理/授權書

5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw