



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RW862022040019](#)、[RW86D02204003](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-B-2-22-0051](#)、[B-B-2-22-0052](#)
- 三、案名：[萬芳-加護病房：加護型磅秤床採購案-4張](#)
- 四、品名規格：

一、主機硬體規格

1. 床面須有防滑機制，可避免病患轉送途中從床墊滑落。護欄需具有兩截內縮式 ABS 護欄（附安全開關）且間距需小於六公分，防止病患由此縫隙滑落。
2. 床的四腳需有防撞護角，避免護理人員執勤時撞傷或是其他物品碰撞造成的損壞。
3. 需有點滴插座可使用，點滴架不須使用時，可放於床底收納。
4. 床面設計須有約束袋固定孔、至少六個引流袋掛鉤、四組骨科牽引架架插座。
5. 需配合醫療急救需求，裝設 CPR 按鈕，將床鋪快速平放，以利 CPR 進行。
6. 需內建床秤功能，可量秤 0-230 公斤，精準度正負 0.1 公斤，安全載重 230 公斤。
7. 護欄內外及床尾具內嵌式升降控制器，可淺顯易懂，預設有「座椅」及「平躺」床姿，床尾升降控制器附安全鎖定功能。背部升降角度 0-75 度、腿部升降角度 0-40 度、床面升降高度 48-78 公分
8. 床體尺寸長 217 x 寬 108 公分(床欄升起)、床體尺寸長 217 x 寬 95 公分(互欄放下)；床面尺寸長 194 x 寬 91.5 公分。



9. 電源符合 110 安培。能有續電功能，於轉送病患時能依照需求調整高度。

10. 能加長床面長度，以利身高過高病患可舒適臥床休息。

11. 床尾能具有中控煞車系統，至少具三段煞車模式，能方便推送。

二、周邊設備

1. 需點滴架一支，以利懸掛點滴幫浦及點滴。

特殊要求事項

1. 原廠保固至少一年。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-加護病房
2. 交貨地點：萬芳-加護病房
3. 報價截止日：2022.6.25 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：

(1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；

(2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

- a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。



b.醫療器材許可證（含仿單），採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段172-1號17樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw