



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號: RW12002206001

臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號: B-B-2-22-0069

二、案名：萬芳-心臟外科：葉克膜套組外接驅動器採購案-1 個。

三、品名規格：(相同或同等品)

1. 主要設備:

設備名稱	外接驅動器	數量	1個
<u>規格、規範、功能、效益</u>			
規格：外接馬達驅動器 560A			
功能：原葉克膜套組 CBEQ91R6 即將停產，新葉克膜套組 CB10N15R 需此設備外接驅動器 560A 方能執行葉克膜治療。			
效益：用於需執行葉克膜治療之病患。			
與院內資訊系統介接： <input type="checkbox"/> 需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要：			
原廠授權證明 ： <input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要：			
衛生福利部許可證 ： <input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要：			
交貨期限：___天〈含例假日〉【原則不少於90天】安裝期限：___天〈含例假日〉			

2. 相關資訊請洽請購單位：**心臟外科李小姐(02) 2930-7930#8105** 進行投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件及履約期限確認。

四、詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位: 萬芳醫院-心臟外科
2. 交貨地點: 萬芳醫院-心臟外科
3. 報價截止日: 2022.08.08 下午 04:00 前。
4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前,與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送,逾期報價視為放棄。
5. 所報價格,另須提供下列:
 - (1) 提供 2 年以上之保固承諾(需於報價單上載明):
 - (2) 提供電子檔報價;
※提供電子檔報價資料請檢附下列:
 - a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
 - b. 醫療器材許可證(含仿單)或免衛署許可證明。
 - c. 授權書。
 - d. 彩色型錄。
 - (3) 依本校附屬機構付款方式
6. 本案經整理後另行通知議價。
7. 無法報價,請 E-mail 或來電告知。
8. 其他注意事項:
9. 押標金:配合本校附屬機構之規範。
10. 履約保證金:配合本校附屬機構之規範。
11. 保固金:配合本校附屬機構之規範。
12. 得標廠商應於 15 天內完成得標手續,如需簽訂合約,並應於 30 天內完成簽約手續,若得標廠商未予配合,則視同棄標。如有押標金,臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金;如無押標金,得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10%作為賠償金。

五、報價須知:(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔, E-mail 傳送案件承辦人)

- a. 報價單(請依規格表之規格要求,清楚標示該報價項目可符合該要求並附註業務承辦人聯絡電話及 E-mail)。
- b. 衛生署醫療許可證(含仿單)或免衛署許可證明。
- c. 原廠代理/授權書。
- d. 型錄。

臺北醫學大學 管理發展中心

聯合採購組 章小姐

地址:臺北市大安區基隆路 2 段 172-1 號 17F

電話: 02-6638-2736 ext. 1773

E-Mail: hszchang3722@tmu.edu.tw