



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RW22002309001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-23-0146](#)
- 三、案名：[萬芳-兒科部：全功能嬰兒保溫箱採購案-1 台](#)
- 四、品名規格：

1. 內建 10 吋以上之全彩觸控式螢幕，兼具保溫箱及處理台兩用功能。
2. 單一按鍵操作即可完成保溫箱及處理台間轉換。
3. 箱溫設定範圍：20~39°C，或更大範圍。
4. 病人體溫設定範圍：35~37.5°C，或更大範圍。
5. 箱內相對濕度設定範圍：30~95%，或更大範圍。
6. 手動模式(加熱功率)：可調 0~100%，加熱功率 5~10%增幅。
7. 具警報警示系統，手動及感應靜音功能。
8. 具 96 小時以上變化趨勢圖（包括病患溫度、設定溫度、箱內溫度、相對濕度、體重）。
9. 床面尺寸：48±2 公分 x 64±2 公分，或更大範圍。
10. 床板可向兩側拉出，且可 360 度旋轉。
11. 床墊具前後連續 12±1 度傾斜角度，床座具升降功能。
12. 內建 X 光片匣托盤。
13. 內建體重計，測量範圍：300~8,000 公克，或更大範圍。
14. 儲水槽為透明材質，容量達 1,000ml 或以上。
15. 具備 5μ-99.8%有效過濾之空氣過濾器（或更寬幅）。
與院內資訊系統介接： <input type="checkbox"/> 需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要：
原廠授權證明 ： <input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要：
衛生福利部許可證 ： <input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

- 五、詢價條件：(需求日依單位規定)



1. 使用單位：萬芳-兒科部
2. 交貨地點：萬芳-兒科部
3. 報價截止日：2023.11.22 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)。
 - (2) 提供電子檔報價。
 - (3) 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經匯整後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心
聯合採購組 趙書妮
地址：235 新北市中和區圓通路 301 號
雙和校區-生醫科技大樓 3 樓
電話：02-6620-2589 分機 15347
傳真：02 2730 0604