臺北醫學大學 TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、 請購案號: RS42002303001

臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號: B-B-3-23-0028

二、 案名：雙和-復健醫學部：二頻道藍芽無線式電刺激暨肌電回饋評估治療儀採購案-1 台。

三、 品名規格：（相同或同等品）

1. 主要設備:

設備名稱	二頻道藍芽無線觸控式電刺激暨肌電回饋評估治療儀	數　　量	1

規格、規範、功能、效益
彩色液晶觸控螢幕，且主機具備藍芽無線連接電腦功能。
表面肌電圖(EMG):雙頻道肌電圖；EMG 範圍：0.2 至 2000μVRMS(連續)；敏感度：0.1 μV RMS；精確度：在 200 Hz 時，讀值μV 的 4%+/-0.3Uv；可選配帶通濾波器 -3db 帶寬；陷波濾波器：50 Hz (60Hz) - 33 dbs (精確度為 0.1%)；共模拒斥比：最小值為 130 dbs @ 50 Hz；運作/休息時間：2-99 秒；回合數：1-99
神經肌肉電刺激:雙頻道刺激器。幅度：在 500Ω負載時，0-90 mA - 由於電極阻抗，實際 mA 將傾向小於指示：在 1000Ω負載(電極狀況不佳)時，最大值將限制為 75 mA，在 1500Ω負載下最大 將限制在 50mA。類型：恆定電流，最大輸出電壓 70V+5 / -10V. 波形：帶有淨零直流電流為 0 時的對稱、矩形、雙相波形。 脈衝寬度選擇：50-450μS (精確度 10%)。 脈衝頻率選擇：2-100 Hz (精確度 5%)。工作/休息時間：2-99 秒。時間 1 - 99 分鐘。持續增強時間：0.1 - 9.9 秒。預設和用戶可編程治療程序。
電池組：4 x 1.5V，AA 電池。低電量指示，電壓為 5.4 伏特+/- 0.2V，當電壓低於低電量指示時自動關閉並立即更換電池！ 設備在不使用時會自動關閉(節能)：例如在設置中並且在 1 分鐘內沒有按鍵，在刺激模式(主屏幕)和所有頻道都是 0mA 時
包含：藍芽無線式表面肌電暨多功能電刺激評估治療儀主機 、主機台座、電極導線、肌電圖參考電極導線、自黏式貼、面板觸控筆、主機用帶扣式橡皮護套、保護攜行箱、NeoruTrac 分析、訓練及記錄軟體、系統控制用筆記型電腦
特殊要求事項：
本項衛生署許可證：■需要　　□不需要：

2. 相關資訊請洽請購單位：復健醫學部黃小姐(02) 2249-0088#1606 進行投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件及履約期限確認。

四、 詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位: 雙和醫院-復健醫學部
2. 交貨地點: 雙和醫院-復健醫學部
3. 報價截止日:2023.04.07 下午 04:00 前。
4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前，與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送，逾期報價視為放棄。
5. 所報價格，另須提供下列:
   (1) 提供 2 年以上之**保固**承諾(需於報價單上載明):
   (2) 提供電子檔報價;
   ※提供電子檔報價資料請檢附下列:
   a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
   b. 醫療器材許可證（含仿單）或免衛署許可證明。
   c. 授權書。
   d. 彩色型錄。
   (3) 依本校附屬機構付款方式
   (4) 履約期限：配合附屬醫院規範
   (5) 逾期罰款：依附屬醫院規定
6. 本案經整理後另行通知議價。
7. 無法報價，請 E-mail 或來電告知。
8. 其他注意事項:
   (1) 得標廠商應於 15 天內完成得標手續，如需簽訂合約，並應於 30 天內完成簽約手續，若得標廠商未予配合，則視同棄標。如有押標金，臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金；如無押標金，得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10%作為賠償金。
   (2) 本案符合需求者擬採最低價標決標。
   (3) 請廠商積極優先採取取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。
9. 押標金：配合本校暨附屬機構之押標金規範
10. 履約保證金：配合本校暨附屬機構之履約保證金規範
11. 保固金：配合本校暨附屬機構之保固金規範

五、報價須知：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 傳送案件承辦人)

a.報價單(請依規格表之規格要求,清楚標示該報價項目可符合該要求並**附註業務承辦人聯絡電話及**

E-mail) 。

b.衛生署醫療許可證或免衛署許可證明。

c.授權書。

d.型錄。

臺北醫學大學 管理發展中心
聯合採購組 章小姐
地址：新北市中和區圓通路 301 號
生醫科技大樓 3F
電話：02-6620-2589 #15348
E-Mail：hszchang3722@tmu.edu.tw