



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：RW81002412004
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-2-25-0016
- 三、案名：萬芳-護理部：4度C藥品冷藏櫃採購案-2台
- 四、品名規格：

內容積：320公升 外部尺寸：W600 X D660 X H1580 mm 內部尺寸：W510 X D620 X H1400 mm  
溫度範圍：2~+8°C(可任意調整設定) 溫度誤差：±1°C 溫度控制器：採用義大利進口 "Eliwell" CE 國際認證面板保護 IP65 等級防水性佳之全觸摸式微電腦溫度控制器 具自我故障偵測功能(過熱偵測)及功能設定密碼鎖 以防外力改變設定  
溫度顯示器之溫度精確度：≤0.5°C (出具--壹年內 第三公正機關 TAF 認證 校驗實驗室 之溫度校驗證明，校驗溫度點：2°C、4°C、6°C、8°C)  
溫度感應器：採用 PT1000 溫度 SENSOR 溫度顯示：L. E. D 數字顯示 0.1°C (小數點後一位) 外門扇：單門式複層透明安全玻璃門，內建式門鎖。  
門扇可單獨上鎖或開啟(以鑰匙開啟) 具防盜功能 除霧裝置：玻璃門(真空夾層 5 mm 厚) 可自動電熱除霧 本體材質：內外部均採用鍍鋅烤漆鋼板製成 保溫層：採用 PU 整體發泡隔熱絕緣體材質，50 mm 厚  
冷卻系統：採用進口全密閉式壓縮機 1/5 HP 具過電流保護及停電 / 復電自動延遲啟動裝置 風扇強制循環無霜式 冷煤：採用 NON-CFC(不含氟氯碳化物)環保新冷煤，符合環保標準 除霜系統：除霜時間長短及次數之設定功能，可自動除霜 ★除霜期間櫃內溫度不高於 8°C(含)  
安全警報：1.可調式高低溫異常警報蜂鳴裝置，並具靜音開關及指示燈號 (當櫃內溫度低於 2°C 或高於 8°C時) 2. 感溫棒故障警報蜂鳴裝置 3. 外接警報訊號輸出端子 4. 停機/停電(電源中斷)時，發出警報，並具靜音開關及指示燈號 櫃內照明：採用 LED 燈 x 1 組 內部層架：可調整式 耐酸鹼披覆條狀網架 5 片

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-護理部
2. 交貨地點：萬芳-護理部
3. 報價截止日：2025.02.10 下午 5:00 前。



4. 本案於公告日期結束進行資料彙整分析，另行通知參與採購議價會議。
5. 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)蓋公司章。
  - (1) 註明廠牌、主設備型號
  - (2) 註明承辦業務姓名、聯絡手機、E-mail
  - (3) 請於報價單上載明保固期間。
  - (4) 提供電子檔報價。
2. 衛福部醫療器材許可證。
3. 原廠代理/授權書。
4. 彩色型錄、仿單。
6. 其他：如有特殊需求依附件內容提供。

**如有未盡事宜，歡迎與我聯繫**

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

維多利亞山醫院地址：上海路