



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RW86B02202001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-22-0072](#)
- 三、案名：[萬芳-新生兒加護病房：多功能生理監視器及中央站系統採購案-1 式](#)
- 四、品名規格：

一、主機硬體規格
1.因應床旁需要，需可架設生理監視器於床頭或是懸掛於牆上支架
2.螢幕：需具備 8 吋以上寬頻彩色觸控液晶螢幕
3.具有多功能參數模組，可量測參數: 3-5 lead ECG/Resp/NIBP/SpO2/ IBP/Temp
4.基本參數配件需有 3 導 ECG 導線、新生兒血氧濃度傳導線、NIBP 壓力通氣管、NIBP cuff 重複式壓脈帶—新生兒
5.附有至少 6 床-中央站生理監視器，且單床病患放大可同時監視四種波形；於主畫面每床可同時監視兩種波形
6.操作介面需簡單，可增加操作便利性及時效，且能自由移動操作介面，不影響畫面監測觀看
二、主機軟體規格
1.至少 4 通道波形顯示
2.有多種語言支持，至少包含繁體中文、英文介面
3.至少有 48 小時趨勢記憶回顧，以利醫護人員查詢病人變化
4.內建成人/兒童/新生兒模式，因應可能不同族群病人



5.具有血流/氧氣飽和/通氣功能重症等級計算軟體

6.中央站具有床位發生警告會以全區色塊警示

7.中央站具標準 HL7 輸出及具 240 小時病患趨勢資料及全波形回顧功能

三、週邊設備

1. 多功能生理監視器具有熱感式記錄器

2. 19 吋以上液晶螢幕 x2

中央站電腦主機 x1

鍵盤滑鼠組 x1

熱感式印表機 x1

含螢幕拉線及施工費

3 原廠壁架及施工安裝

特殊要求事項:

1.能同時與 NI/PI 耗材共用連上中央站

2.原廠保固至少 3 年

3.能有原廠工程師作後續服務維修

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-新生兒加護病房



2. 交貨地點：**萬芳-新生兒加護病房**
3. 報價截止日：**2022.8.8 下午 5:00 前**。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供**二年以上之保固**承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；

※提供**電子檔報價**資料請檢附下列：

- a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
- b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。
- c.授權書。
- d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料： (請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw