



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RW34002309001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-23-0160](#)
- 三、案名：[萬芳-皮膚科：移動式彩色超音波採購案-1 台](#)
- 四、品名規格：

(一)主機規格、規範、功能、效益：

- 1.內建 15 吋(含)以上醫療級彩色液晶顯示器。
- 2.主機支援 2D/Color 超音波探頭連接埠 3 組(含)以上。
- 3.主機支援掃描深度 0-30 公分。
- 4.具備 2D、Color Doppler 及 Power Doppler 影像模式。
- 5.主機支援按鈕式線形探頭
- 6.具備 PW 脈衝都卜勒並支援雙態與三態同步功能。
- 7.具備組織二次諧振編碼影像模式。
- 8.具備實時影像對比模式，可同步呈現黑白及彩色血流雙模影像。
- 9.具備自動都卜勒描繪計算功能，自動描繪波形並呈現相關參數於螢幕上。
- 10.具備數位式 TGC 調整，以利自由調整由深至淺之解析度。
- 11.具備超音波斑塊抑制影像優化功能，增強邊際解析度。
- 12.採用空間複合式掃描技術，多角度掃描提升空間解析度。
- 13.具備原始檔案技術，可事後調整影像參數條件及重新再測量如：
Gray map / Colorize/Gain/Dynamic Range/TGC/Base
line/Spectral/Compression/Sweep speed/ 等...)。
- 14.支援 3 組(含)以上 USB 數位介面並支援外接隨身碟儲存影像。
- 15.具備 DICOM 3.0 含 Store/Print/Work-list 醫療影像通訊傳輸規範。

(二)探頭及週邊配備：

1. 超寬頻電子式線形探頭 壹支
■ 探頭頻率為 4.2~12.0 MHz(含)以上
2. 電子式線形探頭 壹支



- 探頭頻率為 6.7~18.0 MHz (含)以上
- 3. 醫用熱感式黑白印表機 壹台

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-皮膚科
2. 交貨地點：萬芳-皮膚科
3. 報價截止日：2023.12.9 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：

- (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
- (2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)



1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段172-1號17樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw