



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RW86102308004](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-23-0159](#)
- 三、案名：[萬芳-第一加護病房：心臟電擊器採購案-2台](#)
- 四、品名規格：

一、主機硬體規格

- 1.需具備手動電擊、自動體外電擊(AED)、體外心臟節律(TCP)及生理監視功能(ECG、SpO2)。
- 2.螢幕:需具備至少6.5吋以上高解析度彩色LCD電容液晶觸控螢幕。
- 3.可設定執行快速電擊，按充電鍵便可自行充電至所需電擊焦耳。
- 4.能在監測心電圖的同時顯示監測之生理參數。
- 5.基本參數配件需有3導ECG導線、指套式成人血氧濃度傳導線。
- 6.操作介面簡單易懂，無過多複雜設計，人員可輕易操作，不影響畫面監測觀看。
- 7.提供2分鐘長時間ECG波形記錄功能。
- 8.具備體外心臟節律(TCP)功能包含需求(Demand)及固定(Fix)兩種模式。
- 9.提供血氧濃度(SpO2)監測功能。
- 10.內建高效能充電電池。
- 11.電擊板內鍵成人及兒童模式當成人電擊板取下時即可使用兒童電擊板且機器會自動將病患種類由成人模式轉換為小孩模式。



二、主機軟體規格

- 1.有多種語言支持，至少包含繁體中文、英文介面，使用 AED 時可中文語音提示。
- 2.可儲存波型，並且可下載或列印使用。
- 3.至少有 8 小時趨勢記憶回顧，以利醫護人員查詢病人變化
- 4.可儲存 20 組急救事件，以供人員下載使用。
- 5.可每日進行校正。

三、週邊設備

- 1.具有熱感式記錄器。
- 2.設備需含電擊器推車一台。

特殊要求事項:

- 1.原廠保固 3-4 年
- 2.能有原廠工程師作後續服務維修

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-第一加護病房
2. 交貨地點：萬芳-第一加護病房



3. 報價截止日：2023.12.9 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供**二年以上之保固**承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；

※提供**電子檔報價**資料請檢附下列：

- a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
- b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。
- c.授權書。
- d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料： (請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw