



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RT01302402001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-B-1-24-0032](#)
- 三、案名：[附醫-心導管室：自動心肺復甦系統採購案-1 組](#)
- 四、品名規格：

1. 可自動測量病人胸廓並自動開始按壓，且能以固定深度和頻率進行胸外按摩
2. 具聲音警報提醒操作。
3. 具安全裝置防止按壓壓力過大。
4. 可在運輸過程不間斷按壓，在樓梯搬運時仍可正常按壓。
5. 尺寸：100 x 50 x 10 公分或以下。
6. 主機(不含電池)重量 10 公斤或以下。
7. 具 LCD 螢幕可顯示操作狀態與電池電量表，並具背光可調對比度。
8. 系統能按照 ACLS 最新版指南提供 30:2 按壓與給氧比例操作，也可按使用者需求設定為連續按壓的按壓模式。按壓與舒張比例為 1:1。
9. 使用充電電池供電，不需使用氧氣瓶驅動以減少氧氣需求。電池充滿電至少可以使用 30 分鐘，並可完全充放電達 100 次。
10. 使用範圍：
  - (1).最大負重：136 公斤或以下之患者。
  - (2).病人胸圍範圍：76-130 公分。
  - (3).病人胸部寬度：25-38 公分。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

- 五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：[附醫-心導管室](#)
2. 交貨地點：[附醫-心導管室](#)



3. 報價截止日：2024.4.25 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
  - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
  - (2) 提供電子檔報價
  - (3) 依醫院付款方式
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附廠牌、主設備型號及業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛福部醫療器材許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓