



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：-

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-4-22-0108

三、案名：新國民-門診組：多功能生理監視器採購案-2 台

四、品名規格：

1. 主機具彩色 8.4 吋(含)以上 TFT 觸控式顯示螢幕，解析度 800 x 600(含)以上，且能顯示 3 種(含)以上之波形，中文繁體化操作介面。以利使用者快速學習，提高效率。
2. 主機具備內建式熱感式記錄器，無需外掛任何列印模組。
3. 具備 5 導線(含)完整監視 12 導程的心電圖功能，且具多導程 ST 段分析及呼吸測量。
4. 主機可依使用單位需求選擇使用 3、5 或 10 電極測量心電圖。
5. 具有內建式鋰電池，且可連續使用至少 3.5(含)小時以上，螢幕附有電池容量指示標誌及低電量提醒標示，且需有交流電裝置，可直接充電及使用。
6. 主機顯示螢幕、處理器和電源供應組為整合性單一裝置，方便移動。
7. 血氧飽和濃度監測具有雜訊抑制技術，可有效防止躁動或低血管灌注時所造成的雜訊干擾。各床至少可同時顯示兩組波形及所有數值。
8. 血氧飽和濃度監測範圍為 0%~100%，並具有雜訊抑制技術，可有效防止躁動或低血管灌注時所造成的雜訊干擾。
9. 主機螢幕配置可依單位需求做調整，例如：大數字畫面。
10. 主機可儲存 48 小時數值記錄，每筆生理參數間隔可調整為 12 秒、1 或 5 分鐘，方便觀察投藥處置後之病情演進狀況。
11. 主機重量：4 公斤(含)以下。
12. 主機具備三種警報燈號顯示，且可依警報嚴重度發出不同警示聲響。
13. 警報可依單位屬性需求設定警報暫停時間，可供選擇設定一、二、三、五分鐘等不同段設定。
14. 具有自動警告範圍設定，可依病患狀況，自動調整適合之數值警報上下限範圍。
15. 適用於成人、小孩及新生兒等不同之監測模式。
16. 主機具有量測 ECG/HR/呼吸/SpO2/NIBP 等生命徵象功能。
17. NIBP 具有自動量測模式，可依使用單位需求設定。
18. ST/AR 心律不整分析至少需包含基本的心臟功能。

主機及配件內容：

1. 生理監視器主機 2 台
2. 心電圖測量導線組 2 組
3. 血氧濃度導線 2 條
4. NIBP 壓力通氣管 2 條
5. 重複式成人壓脈帶 2 個
6. 台製推車 2 台

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。



五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：新國民-門診組
2. 交貨地點：新國民-門診組
3. 報價截止日：2022.9.30 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
  - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
  - (2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)  
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單



臺北醫學大學  
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

**如有未盡事宜，歡迎與我聯繫**

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段172-1號17樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)