



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RS42002205001](#)
 - 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-3-22-0050](#)
 - 三、案名：[雙和-復健醫學部：二頻道短波治療器採購案-1台、四頻道向量干擾療器採購案-1台](#)
- 三、品名規格：

(一)二頻道短波治療器

主機規率:27.12MHz
頻道數:2，且可獨立輸出，所有參數及時間可獨立設定
輸出能量:0-200W
平均能量:0-64W
治療時間:0-30分
脈衝頻率:26-800Hz
指示燈和螢幕監控功率輸出
易於調節的電極臂
具備智慧模式，可輕鬆依照急性期、亞急性期、慢性期與亞慢性期選擇相對應治療參數



(二)四頻道向量干擾療器

電源:110V/60Hz
尺寸:440*450*1250
輸出頻道數:至少四組獨立輸出頻道
輸出波形:正弦波
基本干擾頻率:2140-2500Hz/4640-5000Hz
電極:4 極或 8 極
安全裝置:防止電流過強裝置、輸出歸零裝置
最大輸出電流:50mArms
最大輸出電壓:75Vrms
治療時間:1-60 分鐘或連續、四組獨立計時

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本報價為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-復健醫學部
2. 交貨地點：雙和-復健醫學部
3. 報價截止日：2022..6.26 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：

(1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；

(2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

- a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。



b.醫療器材許可證（含仿單），採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw