【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：RS51002403001

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-3-24-0027

三、案名：雙和-麻醉科：多功能麻醉機暨生理監視器採購案-5 台

四、品名規格：

一、全功能麻醉機
全功能麻醉機 功能說明： 15吋觸控彩色螢幕 呼吸器模式(包含VC,PC,SIMV,PS,PCV-VG Manual) O2 cylinder pin indexed yoke Drawer CO2 absorbent canister O2,Air,N2O delivery system
二、麻醉氣體分析模組
麻醉氣體分析模組： 功能說明： Insp.吸 and exp.吐 :O2 ,CO2, , N2O 及 AGENT (ID) 自動判別五種麻藥 同時自動判別顯示混合的兩種麻藥的個別濃度 FiO2,ETO2,FiCO2,EtCO2,FiN2O,EtN2O Agent identification waveform 耗材配件： Sampling tube*1ea Water trap*1ea

三、多功能麻醉生理監視器r

多功能麻醉生理監視器：
功能說明：
主機為可拆卸式模組式設計，含2組模組插槽,主螢幕19吋TFT觸控式彩色螢幕,可同時顯示8頻道波形及12個參數數值。
螢幕可分割畫面顯示Trend、ST波段。
具事件記錄或螢幕快照功能。可記憶400組資料
SPV、PPV參數
具備防水防塵等級IP22
模組框架 ： 2個模組插槽

四、轉送型多功能生理監測

轉送型多功能生理監測：
7 吋觸控螢幕
功能ECG(resp) / NIBP / SpO2 / IBP x 2 / Temp x 2
具備轉送功能，可將病患資料傳回主機，資料不中斷
具備Medical USB 8孔插座，sensor隨插即用
耗材配件：
ECG cable *1set
SpO2 probe*1ea
NIBP Cuff*1set
Temperature Probe*1ea

五、神經肌肉鬆弛監測模組

神經肌肉鬆弛監測模組：
功能說明：
stimulation modes:TOF,DBS,ST,PTC
display with numerics and bargraph

六、麻醉深度監測模組

麻醉深度監測模組：
Entropy is Datex-Ohmeda's solution for monitoring
the effects of anesthetics on the patient's central nervous
system during general anesthesia.
Measurement Parameter
RE:0~100
SE:0~91
BSR:0~100%

七、SPI術中疼痛指數偵測軟體套件組
保固2年。

特殊要求事項：
1. 得標廠商因應業務需要 [存取本院資訊處理設施或資訊]，應遵守本院 [資訊安全相關規定及安全管制]，並配合本院資訊系統連結需求。
2. 得標廠商因配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部分提供資訊安全防護機制，以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。
3. 得標廠商需配合資通安全責任等及分級辦法中之[限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理]，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-麻醉科
2. 交貨地點：雙和-麻醉科
3. 報價截止日：2024.4.5 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：

   （1）提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；

   （2）提供電子檔報價

   （3）依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘…等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單**(請附廠牌、主設備型號及業務承辦人聯絡電話及 E-mail)**
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證

4. 原廠代理/授權書

5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

****

臺北醫學大學管理發展中心
聯合採購組　趙書妮
地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓
電話：02-6638-2736 ext.1772
傳真：02-2739-0694
E-mail：yjchao@tmu.edu.tw