



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RSE5602308033](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-3-23-0111](#)
- 三、案名：[雙和-醫工組：7A 病房病床汰舊換新採購案-46 張](#)
- 四、品名規格：

1、病床全長：217 公分 2、寬：94 公分(護欄收起)，寬 109 公分(護欄打開)。
3、床面：長 194 公分，寬 92 公分 4、床面高度：45-75 公分(升降 30 公分)。
5. 床體四角設有塑鋼防撞裝置，以保護床體。
6. 臀板下設有引流袋掛勾於左右二側各 2 個。
7. 床體骨架均用鋼材方管焊接而成，床面連接處以塑鋼一體成型鏈連結。
8. 床輪：5 英寸中控防塵煞車輪，具中控煞車系統及直線定向功能。
9. 兩床欄拉上之間距離不得大於 6 公分，防止病患滑落之危險。
10. 床欄上緣距床面板距離為 35 公分±1 公分，床欄可收放於床面板底下。
11. 電動裝置：三支馬達電動機組具 IP66 之防塵防水等級。
12. 電控盒組：具 IP66 之防塵防水等級。
13. 蓄電池盒：具重開機按鈕開關及顯示燈。
14. 內側按鍵：(1)頭部仰角上下控制。(2)膝部仰角上下控制。 (3)床面高度上下控制。(4)頭部上下，膝部自動上下控制。(5)電源指示燈。
15. 外側按鍵：(1)頭部仰角上下控制。(2)膝部仰角上下控制。 (3)床面高度上下控制。(4)頭部上下，膝部自動上下控制。(5)電源指示燈。
16. 安全護欄：為兩截內縮旋轉式護欄，護欄材質為塑鋼ABS射出一體成型，且具有塑鋼一體成型包覆式安全把手設計。
17. 配件含：1. 扣式床頭尾板組 2. 二又點滴架總成 3. 餐板 4. 波浪床墊 190x89x10 cm
本項衛生署許可證： <input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要：



註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-醫工組
2. 交貨地點：雙和-醫工組
3. 報價截止日：2023.9.19 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)。
 - (2) 提供電子檔報價。
 - (3) 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經匯整後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw