



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RS52002308003](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-3-23-0109](#)
- 三、案名：[雙和-產房：胎兒監視器採購案-1 台](#)
- 四、品名規格：

1. 胎兒監視器(雙胎功能) 規格規範  
一套含：  
\*主機\*1  
\*TOCO Transducer子宮收縮傳導器\*1  
\*US Transducer超音波傳導器\*2  
\*Event Maker\*1  
\*紀錄紙1本  
\*台製推車\*1  
\*綁帶3條

### 2. 功能

具雙胎功能胎兒，觀察胎兒的心跳速率、頻率，偵測宮縮的頻率、強度、胎動次數及檢查高危險妊娠（妊娠高血壓、妊娠糖尿病、早產跡象等等）者胎兒潛在性危險，降低產婦和胎兒健康風險的重要儀器。

### 特殊要求事項：

(一)得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」

(二)得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防護機制，以確保醫療設備軟體使用資訊安全之無虞。

(三)得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

本項衛生署許可證：需要 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。



註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-產房
2. 交貨地點：雙和-產房
3. 報價截止日：2023.9.19 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
  - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)。
  - (2) 提供電子檔報價。
  - (3) 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經匯整後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02 2730 0604