



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：RT83002403001

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-B-1-24-0039

三、案名：附醫-供應室：高壓蒸氣滅菌鍋採購案-1 台

四、品名規格：

	名稱	裝置須求	安裝位置	消耗須求
1.	KW 冷水 V	1.水溫 5~20°C 2.水壓 1~3kg/cm ² 3.硬度小於 2 mmol/L	在終端接一個 3/4 " 內牙遮斷閥，離地面約 180 cm	管徑 3/4 " 給水量 50 L/min 耗水量 10 L/min
2.	FD 蒸氣 V	1.壓力 3.5~5.5kg/cm ² 2.須有保溫措施	在終端接一個 1" 內牙耐溫遮斷閥，距地面高度約 180 cm	管徑 1" 給蒸量 120 kg/hr 耗蒸量 80 kg/hr
3.	A 排水 V	1.專用獨立無障礙排水 2.須耐溫 100°C 以上 (建議使用鋼管) 3.不可與地板排水連接 4.須有防臭淺水彎裝置	管徑 2 " 位置並高出地面 10cm	管徑 2 " 最大排放量 50 L/min
4.	DL 空壓 V	1.驅動氣動閥類用 2.壓力 5~7kg/cm ²	在終端接一個 3/8 " 內牙遮斷閥 3/8" 離地面 180cm	管徑 3/8 " 給氣量 50 L/min 耗氣量 20 L/min
5.	E 電源 V	1. 供控制系統用 2. 加裝 110V 無熔絲開關或插座 AC 110V	需設置雙口插座 *1 只	開關容量 10 A 耗電 500W
6.	EK 電源 V	1.真空馬達用電 2. 3ψ AC220V or 380V 60Hz +	主電源開關須有電氣箱保護，箱底離地面約 160 cm	開關容量 10 A 耗電 2.2 KW
7.	操作環境	1.周圍溫度 5~40°C 2.相對溼度 10~85% 3.地板—堅固、抗靜電處理		
8.	地板荷重	1000 Kg/m ²		



規格、規範、功能、效益

11. 需與現有 4 台杏弘高壓蒸氣滅菌鍋滅菌參數數據可相容，未來可共同使用網頁版進行資料整合下載
12. 全中文操作介面，且需檢附每日安全查檢檢點表
13. 內外鍋尺寸：內鍋 H156cm*W66cm*D135cm，外鍋尺寸不可>H222cm*W152.5*D182.8cm
14. 進出鍋之入口不可有斜坡
15. 熱水管線須全部包覆防燙措施
16. 安全閥置易操作吹洩測試之適當位置。
17. 各管線及閥鍵應以耐熱不掉字材質標示名稱
19. 消毒車須與其他 2 台高壓蒸氣滅菌鍋共用

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：附醫-供應室
2. 交貨地點：附醫-供應室
3. 報價截止日：2024.5.16 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價
 - (3) 依醫院付款方式
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。



6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附廠牌、主設備型號及業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛福部醫療器材許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓