

【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號: RTL1102603007

臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號: Z-Z-1-26-0095

二、案名: 附醫-預防醫學暨社區醫學部: RO 純水機採購案-1 台

三、品名規格: (相同或同等品)

1. 主要設備:

設備名稱	RO 純水機	數量	1
<u>規格、規範、功能、效益</u>			
<p>規格:</p> <p>1. 原水加壓系統            功能:可自由設定壓力範圍,當水壓不足時泵浦自動啟動,當壓力到達定上限時,自動停機            泵浦:不銹鋼製離心式            性能:4500L/Hrx40MH            (1)逆止閥(2)球閥(3)壓力計(0~10kg/cm、充油式)(4)壓力桶(5)原水缺水 ALARM</p> <p>2. 積層式過濾器            功能:去除水中 20u 以上的粗粒子            本體尺寸:21" 直徑,62" 高            處理水量:6000L/Hr 以上            本體結構:玻璃纖維製(進口 PARK、耐壓 10kg/cm 以上)            控制裝置:定時自動控制式,電力控制 110V/220V,美國進口電子式            內部配備:集散水分配器            出入口管:1-1/2"            濾材:礫石,石英砂(粗、細),無煙煤(依層裝填合計 220 公升)            (1)出入口及 ByPass 球閥            (2)壓力錶(全不銹鋼製,充油式)            (3)取樣閥</p> <p>3. 硬水軟化器            功能:將原水中之硬度降至 5.0ppm 以下            本體尺寸:21" 直徑,62" 高            處理水量:6000L/Hr 以上            本體結構:玻璃纖維製(進口 PARK、耐壓 10kg/cm 以上)            控制裝置:定時自動再生式,電力控制 110V/220V,美國進口電子式            交換樹脂:鈉型陽離子交換樹脂 220 公升            出入口管:1-4"</p> <p>4. 鹽液槽            (1)出入口及 ByPass 球閥            (2)壓力錶(全不銹鋼製,充油式)            (3)取樣閥</p>			

5. 活性炭過濾器

功能: 將水中之殘餘氯降至 0ppm

本體尺寸: 21" 直徑, 62" 高

處理水量: 6000L/H 以上/每套

本體結構: 玻璃纖維製(進口、耐壓 10kg/cm 以上)

控制裝置: 定時自動逆洗式, 電力控制 110V/220V, 美國進口電子式

活性炭: 椰子殼精製粒狀活性炭 220 公升

出入口管: 1-4" 9

(1) 出入口及 ByPass 球閥

(2) 壓力錶(全不銹鋼製, 充油式)

(3) 取樣閥

規範:

電壓 110V-240V, 50-60Hz

功能:

提供血液透析機純水。

效益:

1. 純淨透析液系統能降低透析病患發炎反應。
2. 降低透析病患之心血管疾病發生率。
3. 降低腕隧道症候群發生率。

2. 相關資訊請洽請購單位: 臺北醫學大學附設醫院預防醫學暨社區醫學部 林建輝(02)

2737-2181#3969 進行投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件及履約期限確認。

四、詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位: 北醫附醫醫院-預防醫學暨社區醫學部

2. 交貨地點: 北醫附醫醫院-預防醫學暨社區醫學部

3. 報價截止日: 2026.05.11 下午 05:00 前。

4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前, 與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送, 逾期報價視為放棄。

5. 所報價格, 另須提供下列:

(1) 提供 2 年以上之保固承諾(需於報價單上載明):

(2) 提供電子檔報價;

※提供電子檔報價資料請檢附下列:

- a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
- b. 醫療器材許可證(含仿單)或免衛署許可證明。
- c. 授權書。

d. 彩色型錄。

- (3) 依本校附屬機構付款方式
- (4) 履約期限：配合附屬醫院規範
- (5) 逾期罰款：依附屬醫院規定

6. 本案經整理後另行通知議價。

7. 無法報價，請 E-mail 或來電告知。

8. 其他注意事項:

- (1) 得標廠商應於 15 天內完成得標手續，如需簽訂合約，並應於 30 天內完成簽約手續，若得標廠商未予配合，則視同棄標。如有押標金，臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金；如無押標金，得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10% 作為賠償金。
- (2) 本案符合需求者擬採最低價標決標。
- (3) 請廠商積極優先採取取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。

9. 押標金：配合本校暨附屬機構之押標金規範

10. 履約保證金：配合本校暨附屬機構之履約保證金規範

11. 保固金：配合本校暨附屬機構之保固金規範

12. 拒絕往來廠商之限制:凡經行政院公共工程委員會公告於「拒絕往來廠商」名單之廠商，本案參酌《政府採購法》第 103 條規定，於公告期間內，得拒絕該廠商參加投標或作為決標對象，亦不得作為分包廠商。

五、報價須知：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 傳送案件承辦人)

- a. 報價單(請依規格表之規格要求，清楚標示該報價項目可符合該要求並附註業務承辦人聯絡電話及 E-mail)。
- b. 衛生署醫療許可證或免衛署許可證明。
- c. 授權書。
- d. 型錄。

臺北醫學大學 管理發展中心  
聯合採購組 梁燕妮  
地址：新北市中和區圓通路 301 號  
生醫科技大樓 3F  
電話：02-6620-2589 #15348  
E-Mail：[yenni2019@tmu.edu.tw](mailto:yenni2019@tmu.edu.tw)