



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：RS52002208001

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-3-22-0101

三、案名：雙和-病理科：玻片打印機採購案-1 台

四、品名規格：

1. 可列印1維、2維及QR code條碼於載玻片彩色區域上，可耐有機溶劑(XYLENE)浸泡且不會脫落，造成模糊不易辨識。
2. 列印速度上每分鐘可印製18張玻片。
3. 玻片以標準規格彩色玻片均可使用。
4. 具有觸控式LCD功能，可顯示及設定內部的各項程式參數，且另具有LED燈號顯示，可顯示Power及運作狀態等狀況訊息。
5. 列印顏色均採用黑色列印。印製效果具有光澤亮麗、清晰且可辨識率高。更換色帶具有防呆導輪設計，方便更換。
6. 三種列印方式：可由後方片槽列印、前方推入列印(書寫面在前)、前方推入列印(書寫面在後)。
7. 玻片卡匣具有2組載物片預置匣，可同時置於在機器本體上，總備載容量200片，每組預置匣各自可放置100片。輸出槽則可放置20片。
8. 傳輸介面為USB2.0、有線LAN、無線LAN(Wifi)

特殊要求事項：

需可配合病理系統連線功能

1. 得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」
2. 得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防護機制，以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。
3. 得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

本項衛生署許可證：需要 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-病理科



2. 交貨地點：雙和-病理科
3. 報價截止日：2022.9.23 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

- a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
- b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。
- c.授權書。
- d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw