



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RT42002211005](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-1-23-0001](#)
- 三、案名：[附醫-復健科：軌道式移位機採購案-1 式](#)
- 四、品名規格：

一、移位機主機

1. 主機安全載重: 255kg (含) 以上。
2. 需具備電子式緊急停止下降功能。
3. 主機具有升降按鍵。
4. 移位主機與滑軌需可免工具結合。
5. 需附手持控制器，控制器並具電源指示燈。
6. 需附緊急停止解除時需有警示聲。
7. 主機移位織帶長度需為 200 公分 (含) 以上。
8. 主機需有電量及維修提示燈號。
9. 主機需有 CE 認證。

二、軌道

1. 主軌長度為 3 公尺 (± 0.5 公尺) 鋁合金軌道，軌道高度 60mm (± 5 mm)；寬度 60mm (± 5 mm) 共 15 公尺
2. 主軌二側需有止擋器及軌道裝飾蓋板。
3. 主軌上需至少有 2 隻吊桿依安全規範二隻吊桿距離不得超過 2200mm ($\pm 10\%$)。
4. 附五組滑軌定點裝置
5. 滑軌具有隨時定點裝置
6. 附定點裝置快拆工具

三、吊帶

1. 需附一條步態站立吊帶
2. 需附一條高背移位吊帶
3. 安全載重 300 公斤。
4. 吊帶為四點式設計。
5. 需附有兩條腿部支撐帶。
6. 材質：聚脂纖維 (polyester)。
7. 需附四條含繩索之步態吊帶。



四、其它

1. 需有衛署醫療器材許可證。
2. 交貨期: 60 天。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：附醫-復健科
2. 交貨地點：附醫-復健科
3. 報價截止日：2023.2.2 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：

(1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；

(2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)



1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw