【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、 請購案號: RSK3002605001
臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號: B-B-3-26-0060

二、 案名：雙和-研究部：桌上多功能離心機及小型倒立顯微鏡(含影像系統)採購案-1 式_b 小型倒立顯微鏡(含影像系統)

三、 品名規格：（相同或同等品）

1. 主要設備:

設備名稱	小型倒立顯微鏡(含影像系統)	數　　量	1

規格、規範、功能、效益：

小型倒立顯微鏡含影像系統:
1.總放大倍率：40X-400X
2.目鏡：WF10X/18，視度可調（可選配WF10X/20）
3.物鏡：Plan Achromat 4x / WD 12.6 Plan Achromat 10x Ph1/ WD 4.1 LD Plan Achromat 20x Ph1/ WD 4.7 LD Plan Achromat 40x Ph1/ WD 3
4.照明系統：3W LED 冷光源，色溫4000-4500K，配可變光闌NA0.1-0.3
5.攝像系統：內置 Moticam X5 Live mode on browser or in software = 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360.
特殊要求事項：
1. 得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」。
2. 得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防護機制,以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。
3.得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。
小型倒立顯微鏡含影像系統:
同時具備 RJ45（有線乙太網路） 與 WiFi（無線） 輸出

2. 相關資訊請洽請購單位：雙和醫院研究部陳先生(02-66202589#10641)進行投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件及履約期限確認。

四、 詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位: 雙和醫院-研究部
2. 交貨地點: 雙和醫院-研究部

3. 報價截止日: 2026.09.07 下午 05:00 前。

4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前，與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送，逾期報價視為放棄。

5. 所報價格，另須提供下列:

(1) 提供 2 年以上之**保固**承諾(需於報價單上載明):
(2) 提供電子檔報價;
※提供電子檔報價資料請檢附下列:
a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
b. 醫療器材許可證（含仿單）或免衛署許可證明。
c. 授權書。
d. 彩色型錄。
(3) 依本校附屬機構付款方式
(4) 履約期限：配合附屬醫院規範
(5) 逾期罰款：依附屬醫院規定

6. 本案經整理後另行通知議價。

7. 無法報價，請 E-mail 或來電告知。

8. 其他注意事項:

(1) 得標廠商應於 15 天內完成得標手續，如需簽訂合約，並應於 30 天內完成簽約手續，若得標廠商未予配合，則視同棄標。如有押標金，臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金；如無押標金，得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10%作為賠償金。
(2) 本案符合需求者擬採最低價標決標。
(3) 請廠商積極優先採取取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。

9. 押標金：配合本校暨附屬機構之押標金規範

10. 履約保證金：配合本校暨附屬機構之履約保證金規範

11. 保固金：配合本校暨附屬機構之保固金規範

12. 拒絕往來廠商之限制:凡經行政院公共工程委員會公告於「拒絕往來廠商」名單之廠商，本案參酌《政府採購法》第 103 條規定，於公告期間內，得拒絕該廠商參加投標或作為決標對象，亦不得作為分包廠商。

五、報價須知：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 傳送案件承辦人)

a.報價單(請依規格表之規格要求,清楚標示該報價項目可符合該要求並**附註業務承辦人聯絡電話及 E-mail**) 。
b.衛生署醫療許可證或免衛署許可證明。
c.授權書。
d.型錄。

臺北醫學大學 管理發展中心
聯合採購組 梁燕妮
地址：新北市中和區圓通路 301 號
生醫科技大樓 3F
電話：02-6620-2589 #15348
E-Mail：yenni2019@tmu.edu.tw