



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：[RW878B2208001](#)

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-22-0104](#)

三、案名：[萬芳-8B 病房：十二導程心電圖機採購案-1 台](#)

四、品名規格：

- 10.4 吋高解析 800 x 600 XGA，64K 彩色液晶顯示、觸控式螢幕。
- 觸控式螢幕 1-2-3 操作步驟。
- 導程安裝軟體，可偵測 19 種不同導程倒接狀況，並以圖示顯示。
- 可儲存 200 組心電圖報告，具有無線上傳能力，可儲存 200 組心電圖報告，具有無線上傳能力。
- Philips 12-Lead 自動解析報告功能。
- 自動列印含有分析與測量結果的心電圖報告，PDF 或 XML 輸出格式。
- ST 圖譜分析，依據 ST 數值的變化反應在多軸向之座標上。
- PIM 病患介面模組具取得 ECG 快速鍵，對於小朋友等易躁動之病患可以免去接好線後，回到主機按按鈕時，錯失擷取的時機。
- 無線連網功能。
- 內建 Dicom 功能。

與院內資訊系統介接：需要 不需要：

原廠授權證明：需要 不需要：

衛生福利部許可證：需要 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)



1. 使用單位：萬芳-8B 病房
2. 交貨地點：萬芳-8B 病房
3. 報價截止日：2022.9.23 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證（含仿單），採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw