



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RSX1302212001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-3-23-0002](#)
- 三、案名：[雙和-心血管區：24小時攜帶式血壓計錄器採購案-1台](#)
- 四、品名規格：

### 一、記錄器規格：

1. 2.4" 彩色 LCD 顯示幕。
2. 電池形式：AA (3 號) 鹼性或碳鋅電池\* 2。
3. 成人模式及兒童模式。
4. 以通過 USB 傳輸數據至專用分析軟體。
5. 記憶體可達到 500 個測量容量。
6. 監視器允許患者臨時性暫停讀取測量，以便突發狀況使用。
7. 在記錄器進行測試期間，回顧讀數(數值)，可自由選擇是否顯示。
8. 白天及夜間測量時間可自行設定。
9. 測量範圍：心率：40~180 bpm +/- 1bpm。血壓：60~260 mmHg (收縮壓)，30~200 mmHg (舒張壓)，(數值可自行設定)。
10. 血壓讀數精度：最大平均誤差  $\pm 5$  毫米汞柱。最大標準偏差 8 毫米汞柱。
11. 報告能顯示繁體中文姓名。

### 二、組件與數量：

1. 24 小時血壓記錄器 1 台。
2. 專用分析軟體 1 套。
3. 兒童壓脈帶 (12~20cm )1 個
4. 小尺寸成人壓脈帶 (17~26cm ) 1 個



5. 成人壓脈帶 (24~32cm ) 1 個
6. 大尺寸成人壓脈帶 (32~42cm ) 1 個
7. 專屬 24 小時血壓攜帶式背包。
8. 須將資料格式轉為 DICOM 3.0 標準格式。

**特殊要求事項：**

1. 需將資料上傳院內系統，已目前有路徑上傳。
2. 得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」。
3. 得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防護機制，以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。
4. 得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-心血管區
2. 交貨地點：雙和-心血管區
3. 報價截止日：2023.2.2 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：

- (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
- (2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀技等費用)  
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。



c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)