



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：RW81002412005
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-2-25-0015
- 三、案名：萬芳-護理部：4度C藥品冷藏櫃採購案-6台
- 四、品名規格：

內部容積：105 Liters 外部尺寸：W480 X D550 X H930 mm (含底部腳座及頂端  
溫度範圍：2°C ~ 8°C (可任意調整設定) 溫控盒之高度) 控制精度：± 1°C  
溫度控制器：採用義大利進口"ELIWELL" CE 國際認證面板 保護 IP65 等級防水性佳之全觸摸式微電腦  
溫度控制器/ 具自我故障偵測功能(過熱偵測) 及功能設定密碼鎖以防外力改變設定。  
溫度顯示器之溫度精確度：≤ 0.5°C (出具--壹年內 第三公正機關 TAF 認證 校驗實驗室 之溫度校驗證  
明，校驗溫度點：2°C、4°C、6°C、8°C) 溫度顯示：L. E. D 數字顯示 0.1°C (小數點後一位) 材質：內  
外部皆採用鍍鋅鋼板製成。保溫材料：PU 整體發泡，密度、隔熱最佳。門扇：單門式，採用 透明  
4mm 強化真空玻璃  
電加熱玻璃門，高濕環境中有效防止玻璃門起霧 加裝門鎖 門扇可單獨上鎖或開啟 (以鑰匙開啟) 具防  
盜功能。  
散熱器：採用全銅管風扇式冷卻設計  
冷卻方式：內循環送風冷卻無霜設計冷煤：採用 NON-CFC(不含氟氯碳化物)環保新冷煤，符合環保標  
準。安全警報：1. 可調式高低溫異常警報蜂鳴裝置，並具靜音開關及指示燈號。(當櫃內溫度 低於 2°C  
或 高於 8°C時) 2. 感溫棒故障警報蜂鳴裝置 3. 外接警報訊號輸出端子 4. 停電警報--停電時發出蜂鳴  
警報及警示燈亮起 並具 靜音開關。箱內照明：LED 燈 X 1 組  
內部層架：可調整式 耐酸鹼披覆條狀網架 3 片  
電 源：AC 110 V ，60HZ

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：萬芳-護理部
2. 交貨地點：萬芳-護理部
3. 報價截止日：2025.02.10 下午 5:00 前。
4. 本案於公告日期結束進行資料彙整分析，另行通知參與採購議價會議。



5. 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)蓋公司章。
  - (1) 註明廠牌、主設備型號
  - (2) 註明承辦業務姓名、聯絡手機、E-mail
  - (3) 請於報價單上載明保固期間。
  - (4) 提供電子檔報價。
2. 衛福部醫療器材許可證。
3. 原廠代理/授權書。
4. 彩色型錄、仿單。
6. 其他：如有特殊需求依附件內容提供。

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

維多利亞山醫院地址：上海路 2 號