



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：RS86802502016
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-3-25-0063
- 三、案名：雙和-手術室：無影手術燈採購案-3台
- 四、品名規格：

1. 手術燈亮度：140,000 Lux。
2. 色溫調整：3,500、4,000、4,500、5,000 K。
3. 光照視野直徑調整範圍16~30cm。
4. 光線照明深度96cm。
5. 演色還原率CRI(R9)97-色彩還原能力越高代表看到的組織顏色越接近本色。
6. 具有自動對焦功能。
7. 深腔無影率主燈98%、副燈100%。
8. 燈泡平均壽命60,000hrs。
9. 燈頭耗能65W。

### 特殊要求事項：

1. 得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」。
2. 得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防护機制，以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。
3. 得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

註1、以上規格或同級品均可投標。

註2、本案為最低價標。

### 五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-手術室
2. 交貨地點：雙和-手術室
3. 報價截止日：2025.04.16 午 5:00 前。
4. 本案於公告日期結束進行資料彙整分析，另行通知參與採購議價會議。



5. 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)蓋公司章。
  - (1) 註明廠牌、主設備型號
  - (2) 註明承辦業務姓名、聯絡手機、E-mail
  - (3) 請於報價單上載明保固期間。
  - (4) 提供電子檔報價。
2. 衛福部醫療器材許可證。
3. 原廠代理/授權書。
4. 彩色型錄、仿單。
6. 其他：如有特殊需求依附件內容提供。

**如有未盡事宜，歡迎與我聯繫**

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

維多利亞山醫院地址：地址