



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RT51002307008](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-1-23-0112](#)
- 三、案名：[附醫-麻醉科：注射幫浦採購案-1 台](#)
- 四、品名規格：

- (1) 3 英吋彩色電阻式觸控螢幕、繁體中文操作介面
- (2) 能自動識別 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50(60)ml 的一次性空針
- (3) 具備空針注射精度校正功能
- (4) 輸液精準度 $\leq \pm 2\%$
- (5) 具阻塞壓力動態監測功能
- (6) 內置鋰電池續航時間：大於 10 小時(5ml/hr)
- (7) 支援速度、時間、體重、TIVA、TCI 輸注模式
- (8) flowrate: 0.1-2200ml/hr
- (9) Bolus rate: 0.1-2200ml/hr
- (10) TCI graphic: +5min/-15min timeframe
- (11) 具備藥物動力學計算模式 PK model  
Propofol Adult: Schinder, Marsh  
Propofol for child: Kataria, Paedfusor  
Remifentanil: Minto Sufentanil: Gepts  
Alfentanil: Maitre
- (12) 具備資料輸出介面(USB 2.0/3.0、RJ45 10M/100M bps)，並可提供通訊協定輸出手冊資料。
- (13) TCI 模式下具備待機功能
- (14) 儀器製造日期須於決標日前二年內出產之新品
- (15) MRI compatible with HP 80 MRI workstation

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

- 五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：[附醫-麻醉科](#)



2. 交貨地點：附醫-麻醉科
3. 報價截止日：2023.9.19 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
  - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)。
  - (2) 提供電子檔報價。
  - (3) 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經匯整後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心  
聯合採購組 趙書妮  
地址：235 新北市中和區圓通路 301 號  
雙和校區-生醫科技大樓 3 樓  
電話：02-6620-2589 分機 15347  
傳真：02 2730 0604