



## 【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：-

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-4-23-0108](#)

三、案名：[新國民-血液透析中心：生理監視器採購案-1 台](#)

四、品名規格：

規格:繁體中文化操作介面 \*主機具有三階段燈號及聲音警示功能 \*趨勢資料庫可儲存單一病患 240 小時的趨勢資料 \*內建 2 個以上 USB 埠 \*內建式記錄器,每組含記錄紙一卷 \*可充電式鋰電池一組 \*ECG/Resp 心電圖/呼吸功能 \*FAST-SpO2 血中氧濃度功能 \*NIBP 非侵入式血壓功能 配件明細: \*三導程心電圖導線組 一組 \*成人用血氧濃度感應器 一條 \*成人用血壓布及充氣管 一組 \*台製推車一台。

功能:可同時監控心電圖、血壓、脈搏、血氧。

效益:對生命徵象不穩定的病人，隨時注意監控，預防緊急事件發生。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：[新國民-血液透析中心](#)
2. 交貨地點：[新國民-血液透析中心](#)
3. 報價截止日：[2023.9.19 下午 5:00 前](#)。
4. 所報價格，另須提供下列：
  - (1) 提供 [二年以上之保固](#) 承諾(需於報價單上載明)。
  - (2) 提供電子檔報價。
  - (3) [依醫院付款方式](#)如有其他要求務必先行提出。
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整



分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如  
評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。

6. 本案經匯整後另行通知議價。

**六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)**

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

**如有未盡事宜，歡迎與我聯繫**

\*\*\*\*\*

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：[yjchao@tmu.edu.tw](mailto:yjchao@tmu.edu.tw)