

【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號: RT01302502003

臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號: B-B-1-25-0030

二、案名：附醫-心導管室：心臟電擊器採購案-1 台。

三、品名規格：(相同或同等品)

1. 主要設備:

設備名稱	心臟電擊去顫器	數量	1
<u>規格、規範、功能、效益</u>			
1、螢幕規格:6.5 吋(含以上)，螢幕可顯示三頻道波形(含以上)。			
2、含電池重: 6.2 kg(含以下)			
3、輸出電擊能量範圍：1 至 200 焦耳，最小可設定 1 焦耳，為避免心肌因電擊能量過高而受損，最高輸出電擊能量不超過 200 焦耳，另可於電擊板上之能量選擇鍵調整能量。			
4、具備螢幕提示訊息以判斷接觸患者是否良好避免灼傷病患			
5、提供 Synchronized Mode, 可做同步心臟整流			
6、符合 AHA Guidelines 指南，電擊器應具備 CPR 視聽回饋裝置，IHCA 病人出院存活率提高 25%。			
7、主機內建 CPR 節拍器、按壓深度指示器、即時反饋按壓深度、頻率及灌注性能指標，且具備 CPR 停滯時間顯示提醒。			
8、具備體外心臟節律功能，且有體外節律器 4:1 功能鍵，可即時監看心電圖並無需再次調整體外節律器設定			
9、電擊器內建自我測試接孔，且具備自動測試準備就緒系統。			
10、須具 CPR 心電圖濾波功能，在 CPR 按壓當下濾除因按壓所造成之心電圖干擾			
<u>特殊要求事項</u>			
本項衛生署許可證： <input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 需要_____			

2. 相關資訊請洽請購單位：**心導管室林先生(02) 2737-2181#8601** 進行投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件及履約期限確認。

四、詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位: 附設醫院-心導管室

2. 交貨地點: 附設醫院-心導管室



3. 報價截止日:2025.03.13 下午 04:00 前。

4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前,與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送,逾期報價視為放棄。

5. 所報價格,另須提供下列:

(1) 提供 2 年以上之保固承諾(需於報價單上載明):

(2) 提供電子檔報價;

※提供電子檔報價資料請檢附下列:

a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b. 醫療器材許可證(含仿單)或免衛署許可證明。

c. 授權書。

d. 彩色型錄。

(3) 依本校附屬機構付款方式

(4) 履約期限:配合附屬醫院規範

(5) 逾期罰款:依附屬醫院規定

6. 本案經整理後另行通知議價。

7. 無法報價,請 E-mail 或來電告知。

8. 其他注意事項:

(1) 得標廠商應於 15 天內完成得標手續,如需簽訂合約,並應於 30 天內完成簽約手續,若得標廠商未予配合,則視同棄標。如有押標金,臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金;如無押標金,得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10%作為賠償金。

(2) 本案符合需求者擬採最低價標決標。

(3) 請廠商積極優先採取取得環境保護標章使用許可,而其效能相同或相似之產品。

9. 押標金:配合本校暨附屬機構之押標金規範

10. 履約保證金:配合本校暨附屬機構之履約保證金規範

11. 保固金:配合本校暨附屬機構之保固金規範

五、報價須知:(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔, E-mail 傳送案件承辦人)

a.報價單(請依規格表之規格要求,清楚標示該報價項目可符合該要求並附註業務承辦人聯絡電話及 E-mail)。

b.衛生署醫療許可證或免衛署許可證明。

c.授權書。

d.型錄。



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

管理發展中心

聯合採購組

章小姐

郵寄地址

235 新北市中和區圓通路301號
生醫科技大樓3樓(雙和校區)

電子郵件地址

hszchang3722@tmu.edu.tw

電話號碼

02-6620-2589#15348

