臺北醫學大學 TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、 請購案號: RT86802608003

臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號: B-B-1-26-0085

二、 案名：附醫-手術室：骨鑽採購案-1 組

三、 品名規格：（相同或同等品）

1. 主要設備:

設備名稱	骨鑽	數　　量	1SET

規格、規範、功能：

1. 電池式大骨鑽*1

1. 手機有功能切換裝置,可切換正轉、反轉、安全模式等。
2. 手機為多功能設計,可用接頭達 36 種(含)以上以利擴充。
3. 手機最大轉速可達 ≧1500rpm。
4. 最大扭力可達 ≧145 in-lbs。

2. 電池式大骨鉅*1

1. 手機機身轉速須達≧14500cpm。
2. 手機之鋸片夾頭需可為每 45 度旋轉調整可達 8 個角度。
3. 鋸頭擺動幅度 4.5 度。

3. 鋼絲打入器(小) a*1

1. 二合一 Zimmer/Hudson Reamer 磨骨接頭可調整 drill mode 及 Reamer mode 輸出轉速。

鋼絲打入器(小) b*1

1. 需可接 0.7mm-1.6mm 鋼絲,接頭設計需為氣動式/插電式/電池式三用型設計接頭。

鋼絲打入器(小) c*1

1. 需可接 1.8mm-4.0mm 鋼絲,接頭設計需為氣動式/插電式/電池式三用型設計接頭。

4. 鋼絲打入器(大) *1

1. 需可接 1.8mm-4.0mm 鋼絲,接頭設計需為氣動式/插電式/電池式三用型設計接頭。

5. 1/4 吋萬用式三抓接頭*1

1. 快速接頭設計需為氣動式/插電式/電池式三用型設計接頭。

6. 小 AO 式快速接頭*1

1. 快速接頭設計需為氣動式/插電式/電池式三用型設計接頭。
7. **鋰電池*1**
衛生部許可證

2. 相關資訊請洽請購單位：附設醫院手術室楊小姐(02)2737-2181#8300 進行投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件及履約期限確認。

四、 詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位: 附設醫院-手術室
2. 交貨地點: 附設醫院-手術室
3. 報價截止日: 2026.09.07 下午 05:00 前。
4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前，與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送，逾期報價視為放棄。
5. 所報價格，另須提供下列:
   (1) 提供 2 年以上之**保固**承諾(需於報價單上載明):
   (2) 提供電子檔報價;
   ※提供電子檔報價資料請檢附下列:
   a. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
   b. 醫療器材許可證（含仿單）或免衛署許可證明。
   c. 授權書。
   d. 彩色型錄。
   (3) 依本校附屬機構付款方式
   (4) 履約期限：配合附屬醫院規範
   (5) 逾期罰款：依附屬醫院規定
6. 本案經整理後另行通知議價。
7. 無法報價，請 E-mail 或來電告知。
8. 其他注意事項:
   (1) 得標廠商應於 15 天內完成得標手續，如需簽訂合約，並應於 30 天內完成簽約手續，若得標廠商未予配合，則視同棄標。如有押標金，臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金；如無押標金，得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10%作為賠償金。
   (2) 本案符合需求者擬採最低價標決標。
   (3) 請廠商積極優先採取取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。
9. 押標金：配合本校暨附屬機構之押標金規範
10. 履約保證金：配合本校暨附屬機構之履約保證金規範
11. 保固金：配合本校暨附屬機構之保固金規範
12. 拒絕往來廠商之限制:凡經行政院公共工程委員會公告於「拒絕往來廠商」名單之廠商，本案參

酌《政府採購法》第 103 條規定，於公告期間內，得拒絕該廠商參加投標或作為決標對象，亦不得作為分包廠商。

五、報價須知：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 傳送案件承辦人)

a.報價單(請依規格表之規格要求,清楚標示該報價項目可符合該要求並**附註業務承辦人聯絡電話及 E-mail**) 。

b.衛生署醫療許可證或免衛署許可證明。

c.授權書。

d.型錄。

臺北醫學大學 管理發展中心
聯合採購組 梁燕妮
地址：新北市中和區圓通路 301 號
生醫科技大樓 3F
電話：02-6620-2589 #15348
E-Mail：yenni2019@tmu.edu.tw