



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：[RW878B2208001](#)

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-22-0104](#)

三、案名：[萬芳-8B 病房：十二導程心電圖機採購案-1 台](#)

四、品名規格：

*10.4 吋高解析 800 x 600 XGA, 64K 彩色液晶顯示、觸控式螢幕。*觸控式螢幕 1-2-3 操作步驟。*導程安裝軟體, 可偵測 19 種不同導程倒接狀況, 並以圖示顯示。*可儲存 200 組心電圖報告 具有無線上傳能力 可儲存 200 組心電圖報告, 具有無線上傳能力*Philips 12-Lead 自動解析報告功能。*自動列印含有分析與測量結果的心電圖報告, PDF 或 XML 輸出格式。*ST 圖譜分析, 依據 ST 數值的變化反應在多軸向之座標上。*PIM 病患介面模組具取得 ECG 快速鍵, 對於小朋友等易躁動之病患可以免去對於小朋友等易躁動之病患可以免去接好線後, 回到主機按按鈕時, 錯失擷取的時機。*無線連網功能*內建 Dicom 功能

與院內資訊系統介接：需要 不需要：

原廠授權證明：需要 不需要：

衛生福利部許可證：需要 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：[萬芳-8B 病房](#)
2. 交貨地點：[萬芳-8B 病房](#)
3. 報價截止日：[2022.9.23 下午 5:00 前](#)。
4. 所報價格，另須提供下列：

(1) 提供[二年以上之保固](#)承諾(需於報價單上載明)；



(2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw