



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：RS52002208002

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：B-C-3-22-0099

三、案名：雙和-病理科：細胞抹片離心機採購案-1 台

四、品名規格：

1. 一次檢體處理量:最大12個檢體。
2. 迴轉數設定:200-2, 500rpm, 直讀式數字表示, 10rpm為單位設定，定時:1sec-99min59sec, 以1sec為單位設定。
3. 活動密閉式標本迴轉盤座具透明可見式保護蓋。
4. 主機具迴轉盤座不平衡偵測功能。
5. 部份透明式主機外蓋設計。
6. 1ml檢體槽組合1ml檢體槽/1ml檢體槽架, 皆為POLYPROPYLENE材質且可重覆使用，1ml檢體槽組經離心為約6mm正方形之塗抹面。
7. 為細胞抹片離心專用機型。
8. 開機及上蓋鎖定时具燈號顯示。

特殊要求事項：

非大陸製。

本項衛生署許可證：需要 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-病理科



2. 交貨地點：雙和-病理科
3. 報價截止日：2022.9.23 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；

※提供電子檔報價資料請檢附下列：

- a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
- b.醫療器材許可證（含仿單），採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。
- c.授權書。
- d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw