



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RSK3002310004](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[D-B-3-23-0030](#)
- 三、案名：[雙和-研究部：-86 度 C 超低溫冷凍櫃採購案-1 台](#)
- 四、品名規格：

1. 外尺寸 (W x D x H)：790 x 882 x 1,993 mm, 機身前方具導角設計 (Chamfer-Design)
2. 內尺寸 (W x D x H)：630 x 600 x 1,400 mm。
3. 容積：528 公升。
4. 淨重：285 公斤。
5. 儲存盒容量：可儲放 384 個 2 英吋儲存盒
6. 冷卻性能：-86 °C。(環境溫度 30°C、無負載、置於櫃內正中心點測試條件下)
7. 溫度設定範圍：-50 to -90 °C。
8. 溫度控制範圍：-50 to -86 °C。
9. 控制器：微電腦控制, 非變量不穩定性記憶體 (NVM)。
10. 操作面板：大尺寸彩色 LCD 觸控面板, 可載手套操作面板; 具數據記錄功能可利用內建 USB 埠輸出資料
11. 溫度感應器：Pt-1000。
12. 警報 (V = 視覺化警報, B = 蜂鳴器警報, R = 遠端接點警報)

特殊要求事項：

1. 冷卻系統：雙獨立降溫冷凍系統，於任何單一冷凍系統故障時皆可使櫃內維持於-70°C 低溫。
2. 電壓：220V
3. 壓縮機：1100 瓦 x 2 個



- 4.內門：2 個，上下門間隔無中央隔層設計。
- 5.層架：3 個，不鏽鋼製。層架高度可依需要調整高度。
- 6.層架載重量上限：50 公斤。
- 7.內部載重上限：415 公斤。
- 本項衛生署許可證：需要 不需要：

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-研究部
2. 交貨地點：雙和-研究部
3. 報價截止日：2023.12.12 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)。
 - (2) 提供電子檔報價。
 - (3) 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。
5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。
6. 本案經匯整分析後另行通知議價。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用);註明廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。
2. 醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。
3. 原廠代理/授權書



臺北醫學大學
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

4. 彩色型錄、仿單
5. 請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓