



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號：[RT05102210004](#)

二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-1-22-0161](#)

三、案名：附醫-洗腎室：高階洗腎機採購案-1 台

四、品名規格：

1. 本機功能可提供多種腎臟替代療法，如下：
 - a. EDD-f - 延長型每日血液透析過濾術
 - b. SLEDD-f - 緩慢低效率每日血液透析過濾治療
 - c. SLEDD - 緩慢低效率每日血液透析治療
 - d. HD - 血液透析治療
 - e. HDF - 血液透析過濾治療
 - f. HF - 血液過濾治療
 - g. iso UF - 單純超過濾(脫水)
2. 本機操作介面採 15 吋高解析度彩色觸控式螢幕顯示器，治療資訊也顯示於螢幕上。螢幕可左右上下旋轉，狹小使用空間內，使用者亦能清楚看到治療資訊。
3. 具自動調整透析液流速功能，可設定透析液流速與血流比例而達到治療最佳化且節省透析液。
4. 醫護人員因應病人狀況，可彈性調整治療處方範圍：透析液流速可調整範圍 100 - 1000 ml/min，血液流速可調整範圍 30 - 600 ml/min，補充液流速可調整範圍 25 - 600 ml/min。
5. 具線上清除率監測功能(On-Line Clearance Monitor)，可線上立即偵測透析處方(Kt/V)。
6. 具血液溫度管理系統(Blood Temperature Monitor)，以生物迴饋機制功來預防病人失溫之危險。
7. 採用較高效率資訊傳輸埠 RJ45。本機亦有三筆資料顯示功能，使用人員可以回溯三筆治療資料。
8. 內建線上重碳酸鹽粉劑(bibag)模組，可以直接線上製作 B 液，避免微生物滋生，真正提供最安全的透析液品質。
9. 透析液過濾器(Diasafeplus filter)在透析系統提供超純透析液(ultrapure dialysate)，有效過濾來自透析液中可能存在的內毒素。
10. 附件：



- a. 血液壓力監測器(BPM)
- b. 血液溫度監測器(BTM)
- c. 清除率監測系統(OCM)
- d. 血液透析過濾模組(Online Plus)
- e. 不斷電蓄電池(UPS)
- f. 線上重碳酸鹽粉劑模組(Bibag Kit)。

規範：

電壓 100~240V AC \pm 10% , 47~63Hz。

功能：

1. 治療生命徵象不穩定，且必要為接受過透析治療者
2. 治療嚴重心臟衰竭合併肺水腫之病患
3. 治療開心手術數日內併發急性腎衰竭之病患。

效益：

1. 與連續腎臟替代療法 CRRT 健保給付適應症一致，病人可以於治療完畢後可進行後續檢查或其他治療。
2. 健保給付提升後為 10,375，耗材成本約 2000 元，治療時間 8 小時，CRRT 耗材+治療費用 健保給付為 10,748 治療需 24 小時，ICU 及透析護理師人力成本高，相比之下成本效益幾乎為 CRRT 的兩倍以上，因相對人力成本低，因此為醫院必備的治療方式。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：附醫-洗腎室
2. 交貨地點：附醫-洗腎室
3. 報價截止日：2022.11.25 下午 5:00 前。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；



※提供電子檔報價資料請檢附下列：

a.報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀控等費用)
廠牌、型號、主要規格說明及配備說明、相關耗材、蓋公司章。

b.醫療器材許可證(含仿單)，採購案件如不須衛署，則需附食品藥物管理署通知書。

c.授權書。

d.彩色型錄。

(3) 依醫院付款方式

5. 本案於公告日期結束，如有二家(含)以上報價，需轉送院區做採購設備評比(含丈量、試用、場勘...等)，待使用單位評比回覆意見後進行資料彙整分析，通過評比廠商才另行通知參與採購議價會議；因採購案件過多，如評比未符合則不予另行通知，尚祈見諒；如有需求，可逕行來電詢問。

6. 本案經整理後另行通知議價。

六、報價檢附資料：**(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)**

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 請依規格表之規格要求，清楚標示何項報價項目可符合該要求
3. 衛生署許可證
4. 原廠代理/授權書
5. 彩色型錄、仿單

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw