



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RS33002411001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-3-24-B0061](#)
- 三、案名：[雙和-眼科：數位影像系統採購案-1 組](#)
- 四、品名規格：

一、規格：

1, 4K數位影像攝影機：

- a. 影像感應器類型：CMOS
- b. 影像感應器尺寸：1.0 吋
- c. 動態分辨率：3840 x 2160 (4k UHD)
- d. 幀率：30fps at 3840*2160
- e. 輸出：4k UHD 30fps

2, 4K專業影像紀錄器：

- a. 螢幕：觸控螢幕
- b. 輸出：4k UHD 30fps
- c. 錄影功能：觸控操作
- d. 回放功能：可回放
- e. 儲存媒體：內建(4T SSD) / 外接(同步錄影)

3. 檔案管理軟體：

- a. 管理房號：手動輸入 b. 管理術式：手動輸入
- c. 管理部位：手動輸入 d. 管理醫師：手動輸入
- e. 管理病歷：手動輸入或掃碼輸入
- f. 磁碟管理：內錄4K/同步外接錄4K或FHD
- g. 資料管理：手動輸入 h. 錄影參數：手動變更(可反轉影像錄影)
- i. 搜尋條件：手動輸入 j. 錄影功能：錄影中可拍照或5連拍
- k. 回放功能：可手拉快轉或加速功能

二、規範：

眼科手術顯微鏡4K數位影像系統”供教學或醫療過程照相錄影存檔使用，不以醫療器材列管，不得標示或宣傳醫療效能



三、功能：

1. 建置眼科手術顯微鏡4K數位影像系統”可供教學需求、強化眼科手術訓練、改善現有設備影像品質。

2. 功能說明：

a：改善現有設備影像品質，同時在無電腦情況下直接數位化。可同步紀錄管理病患病歷、診斷、術式、等資訊。

b：眼科手術顯微鏡4K數位影像系統”可以錄影、照相，方便眼科開刀房手術教學、手術過程數位化影像紀錄。

本項衛生署許可證：需要 不需要：

特殊要求事項：

1. 得標廠商應業務需要「存取本院資訊處理設施或資訊」，應遵守本院「資訊安全相關規定及安全管制」。

2. 得標廠商應配合本院需求，填寫醫療儀器設備資訊安全承諾書，承諾所販售之醫療儀器設備資訊安全部份提供資訊安全防護機制，以確保醫療設備軟硬體使用資訊安全之無虞。

3. 得標廠商需配合資通安全責任等級分級辦法中之「限制使用危害國家資訊安全產品要點辦理」，如違反相關辦法得更換符合規格產品。

註 1、以上規格或同級品均可投標。

註 2、本案為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：雙和-眼科

2. 交貨地點：雙和-眼科

3. 報價截止日：2024.12.9 下午 5:00 前。

4. 本案於公告日期結束進行資料彙整分析，另行通知參與採購議價會議。

5. 依醫院付款方式如有其他要求務必先行提出。

六、報價檢附資料：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳)

1. 報價單(含稅、含進出口報關、運輸、保險、裝箱、儀校等費用)蓋公司章。

(1) 註明廠牌、主設備型號

(2) 註明承辦業務姓名、聯絡手機、E-mail

(3) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)。

(4) 提供電子檔報價。



2. 衛福部醫療器材許可證。
3. 原廠代理/授權書。
4. 彩色型錄、仿單。
5. 其他：如有特殊需求依附件內容提供。

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

電話：02-6620-2589 分機 15347

傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw

地址：235 新北市中和區圓通路 301 號

雙和校區-生醫科技大樓 3 樓